



Zertifikat zu Bewertungsschreiben VN635 176443

gemäß Erlass GZ 2020-0.247.451 sowie gemäß "Prüfgrundsatz für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) Rev. 0 vom 20.03.2020" für das Inverkehrbringen in Österreich

(Auftrag VN635 176443.1 / Prüfbericht ARWT-Prüfbericht-Nr.: Beilage 1 zu: GZ: S90000/197-ARWT/2020 (3), Prüfprotokoll Nr: 223 (vom 06-10-2020))

Ausgestellt für Inverkehrbringer

Hersteller

Wohnfloor Vertriebs.GesmbH
Klarenbrunnstr. Nr. 69
6700 Bludenz

Natex-Group/Wohnfloor Kooperation
Sennenmahd 6
6840 Götzis

Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der durchgeführten Untersuchungen wird bescheinigt, dass die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA)

„Filterlose-Anti-Corona-Schutzmaske“

(Fotodokumentation siehe Rückseite)

den Anforderungen des verkürzten Bewertungsverfahrens gemäß Erlass GZ 2020-0.247.451 sowie gemäß "Prüfgrundsatz") für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA)" für das Inverkehrbringen in Österreich in Anlehnung an EN 149:2001+A1:2009 entspricht, somit kann folgendes festgestellt werden:

Die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) hat die durchgeführte Prüfung mit positivem Ergebnis bestanden ^{Anm.)}

Anm.) Die Passform der Maske ist abhängig von der Gesichtsform des Trägers, daher ist vor der Verwendung eine Passformkontrolle durchzuführen. Hierzu muss der Maske eine entsprechende Information beigelegt werden.

Sie wird zugeordnet der **PSA-Kategorie III**

Dieses Bewertungsschreiben gilt ausschließlich für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) für die Verwendung für medizinische Fachkräfte für die Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung und/oder bis zum Außerkrafttreten des Erlasses GZ 2020-0.247.451.

Dipl.-HTL-Ing. Marion Pfeiler

Stv. Leiterin Zertifizierungsstelle

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Notifizierte Stelle Nr. NB 0534

Wien, 03.11.2020

*) nicht harmonisierte Norm

"Certificate" Seite 1 von 2 Seiten
Zertifikat zu Bewertungsschreiben VN635 176443